

تنويه

المفاتحة المرقمة 55/2018/11

مشروع الديليزة (شراء خدمة)

دائرة صحة كركوك

- ١- ان تكون اجهزة غسل الكلى والمستلزمات الرئيسية للغسلة (الفلاتر ، دايلاسيت كونستريت، Dialysate concentrate) والبيكاربونات كارتلج (Bicarbonate cartilage) من الشركة المصنعة حصرا والحاصلة على شهادة الجودة (CE,FDA)
- ٢- بالنسبة للمستلزمات غير الاساسية في الغسلة يمكن تزويدها من شركة منتجة اخرى حاصلة على شهادة (CE,FDA)
- ٣- اما الادوية والمواد المستخدمة في الغسلة فتخضع للضوابط النافذة من وزارة الصحة
- ٤- ان يكون لدى الشركة اعمال مماثلة ناجحة في دول العالم في مجال تقديم خدمات الديليزة
- ٥- سلامة موقف الشركة القانونية والمالية في العراق

للتفضل بالعلم مع الاحترام